

# ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

## ИНДИКАТОРЫ 2 КЛАССА

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ПАР



## 2 КЛАСС

№	Наименование	Режимы	Аналог теста
1	«MGtest Бови-Дик 2 класс»	121°C/15 мин; 134°C/3,5 мин; 120°C/25 мин; 126°C/20 мин; 132°C/13 мин	Bowie & Dick
2	«MGtest Бови-Дик-карта»	121°C/15 мин; 134°C/3,5 мин; 120°C/25 мин; 126°C/20 мин; 132°C/13 мин	Bowie & Dick
3	«СТЕРИМАГ-T-01»	134°C/3,5 мин	Helix test

2 класс  
СТЕРИМАГ 4 ГОДА  
СРОК ГОДНОСТИ

MGtest 6 ЛЕТ  
СРОК ГОДНОСТИ