

## ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 5 КЛАССА

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ПАР

ВОЗД

№	Наименование	Режимы	Методы стерилизации	Особенности
1	«MGtest CO ПАР ВОЗД»	Все режимы	ПАР ВОЗД	+ Обеззараживание
2	«MGtest ПАР ВОЗД»	Все режимы	ПАР ВОЗД	
3	«СТЕРИМАГ-5В»	160°C - 200°C	ВОЗД	
4	«СТЕРИМАГ-5ПВ»	Все режимы	ПАР ВОЗД	+ Обеззараживание


ИНДИКАТОРЫ 5 КЛАССА

## ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 6 КЛАССА

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ВОЗД



№	Наименование	Режимы
1	«MGtest»	160°C/150 мин, 180°C/60 мин, 200°C/30 мин

500  
1000  
2000

ШТУК  
В УПАКОВКЕ

5 класс

**5** ЛЕТ  
СРОК ГОДНОСТИ

MGtest **6** ЛЕТ  
СРОК ГОДНОСТИ

ИНДИКАТОРЫ 6 КЛАССА

